

特种设备制造监督检验证书

(压力容器)

证书编号: RCI202108-0102

制造单位: 上海朗银压力容器有限公司

制造许可级别: 中、低压容器 (D)

制造许可证编号: TS2231119-2023

设备类别: 固定式压力容器

产品名称: 立式蒸汽灭菌器 (65)

产品编号: 21LY03376

设备代码: 217031119202103376

设计单位: 无锡顺华工程设计有限公司

设计许可证编号: TS1210810-2023

产品图号: SHSDK20-004-00

设计日期: 2020年7月

制造日期: 2021年7月

按照《中华人民共和国特种设备安全法》《特种设备安全监察条例》的规定,该台压力容器产品经我机构监督检验,安全性能符合《固定式压力容器安全技术监察规程》(TS G 21-2016)的要求,特发此证书,并且在台压力容器产品铭牌上打有如下监督检验标志。



监检: 陆鸣飞

日期: 2021年08月19日

审核: 许心

日期: 2021年08月31日

批准: 沈星

日期: 2021年09月01日

检验机构: 上海市嘉定区特种设备监督检验所



检验机构核准证编号: TS7110221-2022

2021年09月01日

注: 此证书一式三份,一份监检机构存档,两份送制造单位,其中一份由制造单位随产品出厂资料交付。

检验机构联系地址: 上海市嘉定区博乐路89号 邮政编码: 201800 监督电话: 59916500

传真号码: 59529980

未经本所批准,部分采用本证书内容无效。